



Data 13/02/2025 Protocollo N° 0078592 Class: G.930.01 Fasc. Allegati N° 1

Oggetto: Circolare del Ministero della Salute prot. n. 0010860 del 07/02/2025 - Rilevata backdoor nel dispositivo medico MONITOR PAZIENTE - CMS8000. **Trasmissione**

Ai Direttori Generali Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere,
IRCSS
All'A.R.I.S.
All'A.I.O.P.
All'A.N.I.S.A.P.
Agli Ordini dei Medici Chirurghi
Alle Organizzazioni sindacali dei Medici di Assistenza
Primaria
Alle Organizzazioni sindacali dei medici Pediatri di Libera
Scelta
Federazione Ordine Farmacisti Italiani

e p.c. Al Direttore Generale Area Sanità e Sociale
Al Direttore Direzione Programmazione Sanitaria – LEA
Al Direttore Generale Azienda Zero

Con la presente si trasmette in allegato la Circolare ministeriale, di cui all'oggetto, concernente una comunicazione urgente del Ministero della Salute relativa al dispositivo medico **MONITOR PAZIENTE CMS8000 - CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO. LTD.**

In particolare, il Ministero segnala una potenziale problematica riguardante tale dispositivo, ovvero la possibile trasmissione dei dati dei pazienti a un indirizzo IP remoto senza autorizzazione, con conseguente malfunzionamento del monitor.

Si chiede pertanto alle SS.LL. di prendere attenta visione della suddetta Circolare Ministeriale, dandone massima diffusione a tutti gli interessati, nonché di assicurare la messa in atto di tutte le azioni in essa previste.

La scrivente si impegna a fornire tempestivamente eventuali aggiornamenti relativi alla presente comunicazione.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Direttore
Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi Medici
Dott.ssa Giovanna Scroccaro

Referente della materia: dott.ssa Rita Mottola tel 041 2793515

Referente della pratica: dott.ssa Francesca Bassotto tel 041.2791450

copia cartacea composta di 1 pagina, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da GIOVANNA SCROCCARO, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Sanità e Sociale
Direzione Farmaceutico – Protetica – Dispositivi Medici
Rio Novo, Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia Tel. 041.2793412-3415-3406-1453 – Fax n. 041.2793468
PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: assistenza.farmaceutica@regione.veneto.it