

## Info - Ordine Dei Farmacisti Verona

---

**Da:** monica.scaggiante@regione.veneto.it per conto di Assistenza Farmaceutica  
<assistenza.farmaceutica@regione.veneto.it>

**Inviato:** lunedì 24 febbraio 2025 09:28

**A:** Elena Poerio; Giovanna Grisi; dispositivovigilanza@aulss9.veneto.it; Alessia Lazzaro; Mariangela Casara; farmacia.vigilanza@aovr.veneto.it; Elisa Guido; Chiara Filippi; Gianpaolo Franzoso; alberto.russi@iov.veneto.it; segreteria.generale@ospedalesancamillo.net; Lorenza Cipriano; davide.brunelli@sacrocuore.it; martignoni@ospedalepederzoli.it; mgambera@ospedalepederzoli.it; Vigilanza dispositivimedici; Monica Falvo; marta.pellizzola@aulss1.veneto.it; Simone Pengo; Marco Cesca; Filippo Manfrin; Roberta Foffano; Mariachiara Rigato; Lucia Esposito; Farmacia Ospedaliera - Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale; Andrea Cavaliere; Erika Vighesso; dispositivi.medici@aulss5.veneto.it; Nuccia Bagarolo; Mariella Cogo; davide.grisafi@aulss6.veneto.it; Giovanna Pilotto; Cocco Marianna; Stefania Pretto; anna.schiatti@aulss8.veneto.it; milena.lauri@aulss8.veneto.it; Anna Cavazzana; anna.gelasio@azero.veneto.it; Governo Clinico; ordine@medicivigenza.org; info@ordinemedicivenezia.it; ordine@ordinemedicitv.org; segreteria@omceovr.it; info@omco.pd.it; segreteria@ordinemedicibelluno.it; segreteria@ordinemedicrovigo.it; aris.veneto@sacrocuore.it; info@aiopveneto.it; segreteria@anisap.veneto.it; Segreteria Direzione; posta@ordinefarmacistitrevise.it; info@ordinefarmacistirovigo.it; ordine@ordinefarmacistivenezia.it; posta@ordinefarmacistibelluno.it; Info - Ordine Dei Farmacisti Verona; segreteria@ordinefarmacistipadova.it; ordine@ordinefarmacistivigenza.it

**Cc:** Rita Mottola; Francesca Bassotto; Federica Boscolo

**Oggetto:** Nota prot. n. 78592 del 13/02/2025: Circolare del Ministero della Salute prot. n. 0010860 del 07/02/2025 - Rilevata backdoor nel dispositivo medico MONITOR PAZIENTE - CMS8000. Aggiornamento

**Allegati:** 250221 FSN EN.pdf; Cartel4.xlsx REGIONI.xlsx; C\_17\_AvvisiSicurezza\_12591\_azione\_itemAzione0\_files\_item (2).pdf; 78592\_2025\_copia\_cortesia.pdf

Gent.mi,

con riferimento alla nota prot. 0078592 del 13/02/2025 (in allegato), si inoltra quanto trasmesso dal Ministero della Salute.

Il Ministero comunica che a seguito di approfondimenti è stato riscontrato che nell'avviso di sicurezza n. FSN-CMS8000 sono coinvolti oltre ai dispositivi riportati nella citata nota (codice CMS8000), anche i monitor con codice CMS6500 e CMS7000, per i quali il fabbricante ha già trasmesso l'avviso aggiornato in lingua inglese.

Si fa presente che tutta la documentazione è stata pubblicata sul sito ministeriale ed è scaricabile nel fascicolo DV 308908, ma che per semplicità è allegata alla presente.

Da ultimo, si trasmette la lista completa dei numeri seriali dei dispositivi medici coinvolti nell'azione di sicurezza, che fa riferimento a tutti i monitor (CMS6500, CMS7000 e CMS8000).

Nel file Excel viene riportato anche il nome del distributore italiano.

A disposizione per eventuali chiarimenti

Cordiali saluti

I Referenti Regionali della Dispositivo Vigilanza

dott.ssa Rita Mottola

dott.ssa Francesca Bassotto

**REGIONE del VENETO**

Area Sanità e Sociale

Segreteria Direzione Farmaceutico - Protesica - Dispositivi medici

Rio Novo, Dorsoduro 3493 - 30123 Venezia  
Tel. 041.2793412 - 3415 - 3421 - 3406 fax 041-279 3468  
e-mail: [assistenza.farmaceutica@regione.veneto.it](mailto:assistenza.farmaceutica@regione.veneto.it)  
PEC: [area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it)



*Ai sensi del vigente D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio si precisa che le informazioni contenute nel messaggio e negli eventuali allegati sono riservate esclusivamente al/ai destinatario/i indicato/i. Si invita ad astenersi dall'effettuare: inoltri, copie, distribuzioni e divulgazioni non autorizzate del presente messaggio e degli eventuali allegati. Nel caso di erroneo recapito, si chiede cortesemente a chi legge di dare immediata comunicazione al mittente e di cancellare il presente messaggio e gli eventuali allegati. Informazioni aggiuntive nella sezione **\*\*Privacy\*\*** del sito internet: [www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it)*

*According to the Italian law D.Lgs. 196/2003 and the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council the information contained in this message and any attachment contained therein is addressed exclusively to the intended recipient. Please refrain to not make copies, to forward the message and its attachments or disclose their content unless authorisation.*

*In case of incorrect delivered message to your mail, please inform immediately the sender and delete the message and its attachments. Additional information are available in the **\*\*Privacy\*\*** section, on the website: [www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it)*